



SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIRURGIA

Representante Exclusivo
Lina Medical - Bistos

WEM-INFO AT-01/2014

Ribeirão Preto, 15 de julho de 2014

INFORMATIVO TÉCNICO 01/2014

Para

REDE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA E REPRESENTANTE COMERCIAL WEM

At.: Gerencia

Prezados Senhores:

A WEM equipamentos eletrônicos vem por meio desta informar que a comercialização de peças, serviços e suporte técnico estarão suspensas a partir de 15 de agosto de 2014, para os equipamentos seguir relacionados:

- **BISTURI ELETRÔNICO, linha Cirúrgica, SS-601MC; SS-501 E SS-500**
- **BISTURI ELETRÔNICO, linha Clínica SS-200 e SS-100MC**

Ressaltamos ainda que os equipamentos abaixo relacionados, já se encontram em obsolescência de venda de peças, manutenção e suporte técnico:


- **BISTURIS ELETRÔNICOS SS-700; SS-700A; SS-701 e SS-701A**
- **ELETROCAUTÉRIOS B-202; BO-100; BC-160; BC-161; B-450 e B-450HS**
- **ELETROCAUTÉRIO VALVULADO HF-120**
- **COAGULADORES BIPOLAR C-20 e C-510**


Informamos ainda, que além do prazo de vida útil destes modelos terem expirados, não se encontram peças de reposição de qualidade satisfatória e o uso de peças similares oferece um risco desnecessário para a equipe médica e pacientes. Outro ponto é a questão legal, sendo que estes equipamentos encontram-se com seus registros vencidos no órgão regulador (ANVISA) e, podem não atender as normas vigentes para equipamento eletrocirúrgico de alta frequência (IEC 60.601-2-2).


Solicitamos, portanto, que sejam contatados os clientes que tem estes equipamentos em funcionamento, e que seja feita uma proposta de atualização tecnológica.

Contamos com a compreensão de todos.

Atenciosamente,


João B. Souza
Supervisor de Assist. Técnica


Claudene Pamvella Jr
R & D Manager


Paulo Fleury Plácido
Sales Manager, EBD